

## SONDA SpO2 per 80550 - necessita 80558



Sonda SpO2 opzionale per sfigmomanometro elettronico veterinario (cod. 80550)\_

-

Campo SpO2: 0-100% (risoluzione 1%)\_

-

Precisione SpO2: 70%-100%:  $\pm 2\%$ \_

-

Campo PR: 30bpm-250bpm, (risoluzione 1bpm)\_

-

Precisione PR:  $\pm 2\text{bpm}$  o  $\pm 2\%$  (selezionare il maggiore)